ACCU-CHEK® Instant

Protingi sumanymai gali būti tokie paprasti

Matuoklio mygtukas

Ryškiai apšviečiamas ekranas

Virš siektinos ribos

Atitinka siektinas ribas

Žemiau siektinos ribos

USB mikrojungtis

Anga tyrimo juostelei

Plati kraujui paliesti skirta vieta

Numatytieji nustatymai

8,9-33 mmol/L 3,9 - 8,9 mmol/L 0,56 - 3,8 mmol/L

Roche

Gliukozės kiekio kraujyje tyrimo eiga su Accu-Chek® Instant matuokliu

Dūrimo prietaiso paruošimas



Nuimkite dangtelį



Įdėkite lancetą

Atsukite apsauginį lanceto dangtelį



Uždėkite dangtelį



Pasirinkite įdūrimo gylį

Tyrimo atlikimas su Accu-Chek Instant

Nusiplaukite rankas

Įdėkite juostelę į matuoklį

Palieskite kraujo lašą, kai pasirodo simbolis

Spauskite užtaisymo mygtuką



Įdurkite į pirštą

Juostelės galu palieskite kraujo lašą

Rezultatą matysite po 4 sekundžių

Nenaudokite lanceto pakartotinai[1]

1 Šis ant lancetų pakuotės esantis simbolis atitinka Direktyvos dėl medicinos prietaisų reikalavimus, juo nurodoma, kad lancetai skirti tik vienkartiniam naudojimui.

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Instant

Lengva sinchronizuoti:

Kaip nustatyti datą/ laiką ir pradėti dalytis duomenimis

Naudojantis belaidžiu ryšiu su Accu-Chek Connect programėle

Parsisiųskite Accu-Chek Connect programėlę

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Kai matuoklis išjungtas, spauskite mygtuką tol, kol matuoklio ekrane pamatysite simbolius



Eikite į Nustatymai >> Pagrindiniai >> Susieti matuoklį. Pasirinkite tipą: 1 mygtuko



Įveskite 6 skaitmenų PIN kodą programėlėje

Susiejus matuoklį su programėle, data ir laikas bus nustatyti automatiškai bei sinchronizuojamos standartinės siektinos ribos



Jei norite pakeisti siektinas ribas, eikite į Medicininiai duomenys >> Gliukozės kiekio kraujyje nustatymai ir bakstelėję Gliukozės kiekio kraujyje siektina riba įveskite naujas siektinas ribas

Per USB jungtį naudojantis Accu-Chek Connect Online diabeto kontrolės sistema



Eikite į **accu-chekconnect.com** ir susikurkite paskyrą



Susikūrę paskyrą, iš Prietaisų puslapio parsisiųskite Prietaisų sąsajos diegimo programą.



USB laidu prijunkite matuoklį prie kompiuterio. Sistema paprašys patikrinti, ar kompiuterio data ir laikas sutampa su matuoklio data ir laiku

Prisijunkite prie savo paskyros, kad galėtumėte susieti savo Accu-Chek Instant matuoklį ir **atnaujinti siektinas ribas**



Įkėlus prietaiso duomenis, naudotojo bus paprašyta įvesti pageidaujamas gliukozės kiekio kraujyje siektinas ribas



Galite analizuoti įkeltus duomenis ir nusiųsti savo gydytojui prašymą dalytis jūsų duomenimis

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT ir ACCU-CHEK CONNECT yra „Roche“ prekių ženklai. „Bluetooth®“ ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc“ registruotieji priekių ženklai; kaskart norint naudoti „Roche“ prekių ženklą reikia gauti leidimą. © 2017 Roche Diabetes Care.

www.accu-chek.lt
UAB „Roche Lietuva“
Diabeto priežiūra
J. Jasinskio g. 16B, 10 aukštas
LT-03163 Vilnius, Lietuva
Nemokama Accu-Chek klientų linija 8 800 20011

Roche

ACCU-CHEK®